

# Testgas



Forbundet til en  
Geopal gasdetektor



Test- og Kalibreringssæt  
varenr. TEST-1079



## Geopal Testgas Service og Kalibrering

Kalibreringsgas er en standardgas eller gasblanding, som anvendes til at kalibrere gasdetektorer. Den sikrer, at målingerne fra disse detektorer er nøjagtige og pålidelige, hvilket er afgørende for sikkerheden.

Geopal anbefaler, at I som minimum får kalibreret jeres system én gang årligt samt ved reparation og udskiftning af dele.

## Testgas

Vores kalibreringsgas leveres til næsten alle gastyper og kan leveres *med* tryk eller *uden* tryk.

Testgas med tryk betragtes som "farligt gods", og forsendelsesomkostningerne for luftfragt vil blive forhøjet betydeligt, da der kræves særlig pakning og håndtering.

En påfyldningsadapter til tryksætning af testgasdåser på stedet er inkluderet i Test- og Kalibreringssættet (varenr. TEST-1080).

Før brug fyldes dåsen til 7 bar ved hjælp af en påfyldningsadapter med integreret manometer og trykluft fra en standardkompressor. Testgassen er klar til brug 8 timer efter påfyldning.

Ved bestilling af testgas er følgende oplysninger nødvendige:

- Gastype: f.eks. R404A, R134a, Metan, O<sub>2</sub>
- Koncentration: f.eks. 300 ppm, 10 % LEL, 30 % vol.

Bemærkninger:

- Dåserne må ikke genopfyldes
- Trykløse aerosoldåser skal fyldes med trykluft 7 bar (alternativt 10 bar på forespørgsel). Vil være klar til brug efter 8 timer
- En påfyldningsadapter med manometer, der skal tilsluttes kompressoren, er nødvendig for at fylde dåsen med luft (tryk 7 bar)

**geopal**®

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum  
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk

EA 10220AD



PENDING



ITS-1 23ATEXQ36745



DBI reg. no 233.301



DIC444QMS

# Testgas

## Geopal Testgas Med Tryk

Testgas med tryk: Klar til brug

“Farligt gods” – høje forsendelsesomkostninger!

| Varenr.    | Beskrivelse                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEST-1015  | Testgas-aerosolbeholder (10 l) med nødvendig gasblanding<br><i>Gastype og koncentration skal specificeres ved bestilling</i> |
| TEST-1016M | Testgas-aerosolbeholder (10 l) - 500 ppm<br>R404A/R407C/R134a                                                                |
| TEST-1017M | Testgas-aerosolbeholder (10 l) - 300 ppm<br>R404A/R407C/R134a                                                                |
| TEST-1079  | Test- og Kalibreringssæt                                                                                                     |



Består af:

- Ventil med flowmåler og blød plastslange
- Slangekobling til detektortype GJ-C, GJ-EX, GP-SA, GJ-OX
- Kalibreringsring til detektortype GJ-C, GJ-EX

TEST-1050

Udvidelseskort til GJ-03R

Kræves til kalibrering af racksystem



TEST-1038

Sæt med kommunikationskabler (2 stk.)

Kræves til avanceret ændring af opsætning af alarmniveauer, output osv.

Til kalibrering af følgende:

GJ-03R, GJD-L3C, GP-02, GP-AMP, GP-CO2, GP-ELK, GP-SA, GP-SA-2, GP-SB, GPSL-CO2



*Nødvendig software leveres gratis efter anmodning. Se venligst den tekniske manual for detaljerede oplysninger.*

**geopal®**

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum  
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk

EA 10220AD



PENDING



ITS-I 23ATEXQ36745



DBI reg. no 233.301



DIC444QMS

# Testgas

## Geopal Testgas Uden Tryk

Testgas *uden tryk*: Klar til brug efter 8 timer

Skal fyldes med trykluft (7 bar)  
Påfyldningsadapter er påkrævet

| Varenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEST-1015  | Testgas-aerosolbeholder (7 l) med nødvendig gasblanding<br><i>Gastype og koncentration skal specificeres ved bestilling</i>                                                                                                                                                                                                                                     |
| TEST-1016U | Testgas-aerosolbeholder (7 l) - 500 ppm<br>R404A/R407C/R134a                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TEST-1017U | Testgas-aerosolbeholder (7 l) - 300 ppm<br>R404A/R407C/R134a                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TEST-1080  | Test- og kalibreringssæt<br><br>Består af: <ul style="list-style-type: none"><li>• Påfyldningsadapter med manometer</li><li>• Ventil med flowmåler og blød plastslange</li><li>• Slangeforbindelse til detektortype GJ-C, GJ-EX, GP-SA, GJ-OX</li><li>• Kalibreringsring til detektortype GJ-C, GJ-EX</li></ul>                                                 |
| TEST-1050  | Udvidelseskort til GJ-03R<br><br>Kræves til kalibrering af racksystem                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TEST-1038  | Sæt med kommunikationskabler (2 stk.)<br>Kræves til avanceret ændring af opsætning af alarmniveauer, output osv.<br><br>Til kalibrering af følgende:<br><br>GP-SA, GP-SA-2, GP-AMP, GP-CO, GP-02, GP-ELK, GP-NO2, GJ-03R, GJD-L3C<br><br><i>Nødvendig software leveres gratis efter anmodning. Se venligst den tekniske manual for detaljerede oplysninger.</i> |

**geopal**®

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum  
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk

EA 10220AD



PENDING



ITS-1 23ATEXQ36745



DBI reg. no 233.301



DIC444QMS